SinossMem

Regeneration

Anwendung und Handhabung

novadento
Dental Products

Anwendung und Handhabung

A - Rehydrierung

Die Kollagenmembrane SinossMem kann trocken oder nach der Reydrierung in steriler Kochsalzlösung oder in Blut aus dem Defektbereich angewendet werden. In Fällen lateraler Augmentationen ist es vorteilhafter, eine trockene Membran im Defekt zu inserieren, bevor das Knochenaufbaumaterial appliziert wird. Nach dem Vorgang der Rehydrierung kann die Kollagenmembrane SinossMem über den Defekt umgeschlagen und unkompliziert repositioniert werden.

B - Fixierung

Die ausgezeichete Adhäsion der Kollagenmembrane SinossMem am darunter liegenden Gewebe und ihrer hervorragenden Oberflächenanpassung muss die Kollagenmembrane SinossMem normalerweise nicht fixiert werden. In Bedarfsfällen kann die Kollagenmembrane SinossMem vernäht oder mit Pins verstärkt fixiert werden.

C - Zuschneiden

Die Kollagenmembrane SinossMem kann mit einem Skalpell oder einer Schere hinsichtlich Form und Grösse des Defekts angepasst werden. Auch ist das Zuschneiden nach der Rehydrierung möglich, ist jedoch im trockenen Zustand etwas einfacher.

D - Exposition

In Fällen von Dehiszenzen ist eine Wundheilung in der Regel ohne Komplikationen durch Bildung von Granulationsgewebe und Kontraktion möglich. Die Kollagenmembrane SinossMem kann offen einheilen, sollte im Normalfall vermieden werden, da ansonsten die Barrierefunktion der Kollagenmembrane SinossMem durch die bakteriellen Resorptionsvorgänge wesentlich verkürzt wird. In Fällen mit instabilem Weichgewebe oder wahrscheinlich auftretenden Dehiszenzen, wird zum Schutz der Kollagenmembrane SinossMem und des Wundbereiches die Abdeckung mit einem SinossFleece empfohlen.

Die Rehydration der SinossMem

novadento
Dental Products

novadento
Dental Products
Matthias-Erzberger-Str. 27
88348 Bad Saulgau
Germany
Phone +49(0)7581 9 29 38 41
info@novadento.de
novadento.de