UNIGLOVES®

Select Plus

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex
Puderfrei, Unsteril

Technisches Datenblatt

Rev.: 01-2012

CE 0121 | EN 374 | EN 374 | AQL 1.5 | LATEX

Material: Hochwertiges Naturlatex

Prüfparameter:

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	1,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	2,5

Maße:

Art.-Nr.	2301	2302	2303	2304	2305
Größe	XS = 5–6	S = 6–7	M = 7–8	L = 8–9	XL = 9–10
Breite	80 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm

Materialstärke:

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0,10 – 0,15
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,13 – 0,18
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,15 – 0,22

Physikalische Eigenschaften:

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung (70 ± 2°C für 7 Tage)
Zugfestigkeit (Newton)	min. 9,0	min. 6,0
Reißdehnung (%)	min. 700	min. 500
Elastizitätsmodul (MPa)	min. 21.0	min. 16.0

Eigenschaften:

Puder	Proteingehalt	Manschette	Design	Oberfläche	Farbe
Ungepudert	< 30 µg/g	Umbördelt	Beidhändig	Mikrorauh	Weiß

Qualitätssicherung: EG-Baumusterprüfung BGIA – CE 0121

Erfüllte Normen:
PSA – EN 374 CAT III, EN 388, EN 420
MPG – EN 455 Teil 1–4
EG-Richtlinie 89/686/EWG
EG-Richtlinie 93/42/EWG, Anhänge II.3 + V.3
EN ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2003 + AC:2007

Verpackung: 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

Hinweis: Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
Änderungen vorbehalten.

UNIGLOVES • Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH • Camp-Spich-Str. 71 • 53842 Troisdorf • Tel. 02241-93 23-0 • Fax 02241-93 23-297